

Suggerimenti utili sui prodotti
utilizzati dai pazienti



Introduzione

In questo allegato troverete una raccolta di prodotti che possono essere utilizzati per:

- Riassorbire le lipodistrofie
- Attenuare gli arrossamenti e le irritazioni
- Migliorare il fissaggio del cerotto
- Rimuovere il cerotto senza provocare irritazioni o lasciare residui di colla

Si tratta di una raccolta frutto della nostra esperienza, dei vostri suggerimenti e di quanto si vede sul web nelle richieste di suggerimenti dei pazienti.

L'allegato ha unicamente uno scopo informativo e fa riferimento a prodotti reperibili in farmacia.

Riassorbimento delle lipodistrofie



Colipex

Azienda: Harmonium Pharma

Crema per il corpo in bustine monodose da applicare sull'area lipodistrofica una volta al giorno prima di andare a dormire.

Arrossamenti e irritazioni



Askina Barrier film

Azienda: B. Braun

Spray da utilizzare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del set infusionale.

Fare asciugare prima di posizionare il set.

Arrossamenti e irritazioni



Brava Skin Barrier spray

Azienda: Coloplast

Spray da utilizzare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del set infusionale.

Fare asciugare prima di posizionare il set.

Arrossamenti e irritazioni



Cavilon

Azienda: 3M

Spray da utilizzare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del set infusionale.

Fare asciugare prima di posizionare il set.

Arrossamenti e irritazioni



Compeed stick anti-vesciche

Azienda: Compeed

Stick da utilizzare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del set infusionale.

Fare asciugare prima di posizionare il set.

Arrossamenti e irritazioni



Skin Tac Wipe

Da applicare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del set infusionale o sensore.

Arrossamenti e irritazioni



Eurofix

Azienda: eurofarm

Cerotto da utilizzare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del set infusionale o sensore.

Prima di applicare effettuare un foro al centro per il passaggio del sensore.

Arrossamenti e irritazioni



Suprasorb H Thin (sottile)

Da applicare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del sensore.

Prima di applicare effettuare un foro al centro per il passaggio del sensore.

Arrossamenti e irritazioni



Rock Tape

Da applicare dopo la disinfezione del sito, come barriera protettiva tra la cute e il cerotto del sensore.

Prima di applicare effettuare un foro al centro per il passaggio del sensore.

Arrossamenti e irritazioni



Crema all'ossido di zinco

Azienda: molte aziende producono creme contenenti ossido di zinco

Queste creme vengono utilizzate per attenuare gli arrossamenti e le irritazioni, dato il potere lenitivo dell'ossido di zinco.

La crema va applicata sulla zona arrossata.



Sistemi di fissaggio



Rollflex Acqua Stop

Azienda: Master-Aid

Cerotto trasparente sottile e impermeabile per il fissaggio di medicazioni. Disponibile in rotolo da tagliare a seconda delle esigenze.

In caso di utilizzo per fissare set infusionale o sensore CGM, coprire solo la parte del cerotto.

Sistemi di fissaggio



Fixomull

Azienda: BSN Medical

Cerotto trasparente sottile e impermeabile per il fissaggio di medicazioni. Disponibile in rotolo da tagliare a seconda delle esigenze.

In caso di utilizzo per fissare set infusionale o sensore CGM, coprire solo la parte del cerotto.

Sistemi di fissaggio



Tegaderm

Azienda: 3M

Cerotto trasparente sottile e impermeabile per il fissaggio di medicazioni. Disponibile in rotolo da tagliare a seconda delle esigenze che in cerotto per singola applicazione.

In caso di utilizzo per fissare set infusionale o sensore CGM, coprire solo la parte del cerotto.



Sistemi di fissaggio



Mastisol

Azienda: Ferndale Laboratories/Lanzoni

Adesivo liquido che migliora la tenuta delle medicazioni. Disponibile in fiale monouso. Il prodotto che serve per facilitare la rimozione del cerotto è Detachol.

In caso di utilizzo per fissare set infusionale o sensore CGM, utilizzare dopo la disinfezione del sito. Fare asciugare prima di posizionare il set o il sensore.

Rimozione dei cerotti



Brava adhesive remover

Azienda: Coloplast

Prodotto privo di alcool, in spray e salviette, utilizzato per rimuovere qualsiasi adesivo dalla pelle. Spruzzare o applicare il prodotto intorno ai bordi del cerotto da rimuovere e attendere alcuni secondi. Staccare delicatamente l'adesivo dalla cute usando, se necessario, dell'altro prodotto in modo da facilitare la rimozione

Rimozione dei cerotti



Leukotape remover

Azienda: BSN

Prodotto professionale ed economico che non richiede ulteriore detersione ed evita irritazione della pelle. Facile da utilizzare grazie al flacone che ne permette il giusto dosaggio. Non lascia residui oleosi sulla cute poiché ha una base alcolica.

Rimozione dei cerotti



Braun adhesive remover

Azienda: Braun

Spray per la rimozione di qualsiasi adesivo applicato alla pelle. Spruzzare il prodotto intorno ai bordi del cerotto da rimuovere e attendere alcuni secondi. Staccare delicatamente l'adesivo dalla cute usando, se necessario, dell'altro prodotto in modo da facilitare la rimozione.

THANK YOU

